

Maternal contamination

תיאור הבדיקה

קוד CPT

1790786

שם הבדיקה

Maternal contamination

שמות נוספים לבדיקה

זיהום אימהי

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

QF aneufast, fragment analysis

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

גנטית

מיקום המעבדה

מכון גנטי, בנין נשים יולדות

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5303974

המעבדה הקולטת את הדגימה

מכון גנטי

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

בתאום מראש עם המעבדה או המשרד

סוג הדגימה

דנ"א שהופק מדגימות מי שפיר וסיסי שליה ישיר ותרבית

נפח דגימה

20 מיקרוליטר

כלי קיבול לדגימה

דגימת דנ"א עוברי בריכוז של לפחות 30 ננוגרם/מיקרוליטר

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

קירור

תנאי שינוע

טמפ' החדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

מייד

קריאת תוצאות

יחידת מידה

אנליזה של סמנים פולימורפים

תחום ערכים תקינים

לא רלוונטי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

ינ'קואליג QGEQAP

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 8 ימים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות

הערות

הערות

על פי הוראות יצרן Aneufast