

Free Light chains

תיאור הבדיקה

קוד CPT

L5461

שם הבדיקה

Free Light chains

שמות נוספים לבדיקה

שרשראות קלות חופשיות

לאבחנה/טיפול

מיאלומה נפוצה, Plasma, Myeloma Multiple, Myeloma Smoldering, neoplasia cell Plasman
Cell cancer

שיטת ביצוע הבדיקה

נפלומטריה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[המטולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302117

המעבדה הקולטת את הדגימה

על אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה כימית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

להעביר למעבדה ביום הלקיחה

תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

24 שעות

קריאת תוצאות

יחידת מידה

mg/l

תחום ערכים תקינים

F-KAPPA :3.3-19.4F-LAMBDA: 5.7-26.3KAPPA/LAMBDA: 0.26 - 1.65

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

The binding site IMPROVE SERUM PARAPROTEINS

בקרת איכות חיצונית חלופית

יש ביקורות פנימיות

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

2 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות