

C1ESTACT

תיאור הבדיקה

קוד CPT

890765

שם הבדיקה

C1ESTACT

שמות נוספים לבדיקה

C1 Estrase activity

לאבחנה/טיפול

Angioedema

שיטת ביצוע הבדיקה

CS-2500 system

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[המטולוגיה](#)

מיקום המעבדה

אגף מעבדות קומת קרקע, המטולוגיה חדר 106

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302117

המעבדה הקולטת את הדגימה

המטולוגיה חדר 106

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

חייב להגיע למעבדה 20 דקות לכול המאוחר מהלקיחה בטמפ' החדר.

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

3 מ"ל בשתי מבחנות

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ציטראט פקק כחול

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

טמפ' חדר, שליחה מיידית למעבדה

תנאי שינוע

טמפ' חדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

21 יום

קריאת תוצאות

יחידת מידה

תחום ערכים תקינים

70-125%

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

אין

בקרת איכות חיצונית חלופית

יש ביקורות פנימיות

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

21 יום

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות

הערות

הערות

במידה ונפח הדגימה קטן מהנדרש, המעבדה תקבל את הדגימה, אך לא מתחייבת לביצוע המלא של הבדיקה/ות הנדרשות.