



Cobalt

תיאור הבדיקה

CPT קוד

803063

שם הבדיקה

Cobalt

שמות נוספים לבדיקה

קובלט

לאבחנה/טיפול

חשיפה לקובלט

שיטת ביצוע הבדיקה

ספקטרוסקופיה של בליעה אטומית

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[טוקסיקולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302358/5

המעבדה הקולטת את הדגימה

טוקסיקולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

10 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה כימית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

סוף שבוע עבודה

תנאי שינוע

קרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לא רלוונטי

קריאת תוצאות

יחידת מידה

µg/l

תחום ערכים תקינים

BEI(ACGIH) 20µg/l

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

Instand -RV lab

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

25 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות

הערות

הערות

לא" - כ התוצאה בטופס ידווח הגילוי לסף או (LOQ) הכימות לסף מתחת ממצא כל * $1 \mu\text{g/l}$ LOQ: *
נמצא" או "שלילי"