

Lead

תיאור הבדיקה

CPT קוד

83655

שם הבדיקה

Lead

שמות נוספים לבדיקה

עופרת

לאבחנה/טיפול

חשיפה לעופרת

שיטת ביצוע הבדיקה

ספקטרוסקופיה של בליעה אטומית

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[טוקסיקולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302358/5

המעבדה הקולטת את הדגימה

טוקסיקולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנת EDTA או הפרין

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לא קריטי

תנאי שינוע

קרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לא רלוונטי

קריאת תוצאות

יחידת מידה

$\mu\text{g/dl}$

תחום ערכים תקינים

BEI(ACGIH): 30 $\mu\text{g/dl}$

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

Intralaboratory Comparison Program for Metals in Biological Matrices (PCI) - Quebec

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

25 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות

הערות

הערות

- כ התוצאה בטופס ידווח הגילוי לסף או (LOQ) הכימות לסף מתחת ממצא כל * $2\mu\text{g/dl}$ LOQ: *
"לא נמצא" או "שלילי"