

Zinc

תיאור הבדיקה

CPT קוד

84630

שם הבדיקה

Zinc

שמות נוספים לבדיקה

אבץ

לאבחנה/טיפול

חשיפה לאבץ

שיטת ביצוע הבדיקה

ספקטרוסקופיה של בליעה אטומית

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[טוקסיקולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302358/5

המעבדה הקולטת את הדגימה

טוקסיקולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה כימית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

ע"פ הנחיות הרופא המטפל

תנאי שינוע

קרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לא רלוונטי

קריאת תוצאות

יחידת מידה

micg/dl

תחום ערכים תקינים

50-150

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

Intralaboratory Comparison Program for Metals in Biological Matrices (PCI) - Quebec

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

25 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות

הערות

הערות

סרום לא המוליטי *LOQ: 10 dl/mg * כל ממצא מתחת לסף הכימות (LOQ) או לסף הגילוי ידווח
בטופס התוצאה כ - "לא נמצא" או "שלילי"