

Albumin-blood

תיאור הבדיקה

קוד CPT

82040

שם הבדיקה

Albumin-blood

שמות נוספים לבדיקה

דם-אלבומין, Albumin

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

Colorimetric (BCG) (AU5800)

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

על-אוטומטית

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לשמור בטמפרטורת החדר ולשלוח באותו יום הלקיחה. אם לא נשלח באותו יום חייב הפרדה מוחלטת מהתאים.

תנאי שינוע

מחוץ לשיבא לשלוח בקרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

30 days at 2-8°C 7 days at 15-25°C

קריאת תוצאות

יחידת מידה

g/dl

תחום ערכים תקינים

נשים/גברים: 3.6 - 5.5

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

EQAS- Clinical Chemistry (Monthly) Program

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

90 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7

הערות

הערות

תתכן הפרעה בגלל המוליזה או ליפמיה חזקה In especially ,gammopathy cases rare very monoclonal IgM (Waldenström's macroglobulinemia), may cause unreliable results.