

כללית שתן מבדיקת חלק-U-RBC

תיאור הבדיקה

קוד CPT

81000

שם הבדיקה

כללית שתן מבדיקת חלק-U-RBC

שמות נוספים לבדיקה

בשתן אדומות כדוריות , Red Blood Cells in urine

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

Iricell 3000 plus

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

על-אוטומטית

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

שתן אמצעי טרי

סוג הדגימה

שתן

נפח דגימה

10 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנת שתןפקק שקוף

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

דגימת בוקר או דגימה אקראית, חשיבות לטריותניתן לשמור בטמפרטורת החדר עד 24 שעות.מ-24 עד 48 שעות לשמור במקרר.

תנאי שינוע

תוך 24 שעות בטמפרטורת החדר. 24-48 שעות בטמפרטורות 2-8 מעלות.

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

24 שעות טמפרטורת החדר 48 שעות בטמפרטורת 2-8 מעלות

קריאת תוצאות

יחידת מידה

איכותי

תחום ערכים תקינים

שלילי - בודדים

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

CAP-UAA- Automated Urinalysis

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

90 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24-Jul