

# Sequencing Generation Next - NGS פאנל

## תיאור הבדיקה

### **קוד CPT**

הגידול לסוג בהתאם המפנה מהרופא התוויה פ"ע L8381, L8379, L8389, L83890, 706161 הסרטני

### **שם הבדיקה**

Sequencing Generation Next - NGS פאנל

### **שמות נוספים לבדיקה**

ריצוף עמוק, Sequencing Generation Next - Panel NGS

### **לאבחנה/טיפול**

### **שיטת ביצוע הבדיקה**

Next Generation Sequencing

## פרטי מעבדה מבצעת

### **מעבדה מבצעת**

[פתולוגיה / שירות איבחון מולקולרי](#)

### **מיקום המעבדה**

בניין המעבדות, קומת קרקע

**טלפון למידע, בירורים ותיאום**

03-5302354

**המעבדה הקולטת את הדגימה**

פתולוגיה/שירות איבחון מולקולרי

**האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?**

לא

**דיגום ושינוע הבדיקה**

**תנאים והכנת החולה לפני הדיגום**

**סוג הדגימה**

קפוא בחומר גם להשתמש ניתן, (בלוקים) FFPE - Formalin fixed paraffin embedded tissue  
וטרי

**נפח דגימה**

מבלוק 5-15 חתכים של 5 מקרון במבחנה או על גבי סלייד

**כלי קיבול לדגימה**

בלוק פרפין

**תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע**

ביופסיה מקובעת בפורמלין

## תנאי שינוע

שינוע ע"י מערך שליחים

## זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

אינו מוגבל

## קריאת תוצאות

### יחידת מידה

בדיקה איכותית

### תחום ערכים תקינים

יש או אין שינויים גנטיים ברמת הדנ"א או הר"נא ושכיחותן

## בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

CAP

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין

### הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

### **שם הגוף המסמך/מתעיד**

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

### **מועדי דיגום ותוצאות**

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

ימי עבודה 14

### **ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות

### **הערות**

#### **הערות**

הבדיקה מוכרת ע"י אגף המעבדות של משרד הבריאות