

C-Telopeptide of Type I Collagen(CTX-I)

תיאור הבדיקה

קוד CPT

807237

שם הבדיקה

C-Telopeptide of Type I Collagen(CTX-I)

שמות נוספים לבדיקה

(עצם שחלוף סמן) CTX-1

לאבחנה/טיפול

למידע על הבדיקה לחץ: מעבדה אנדוקרינית שיבא - בדיקות מיוחדות

שיטת ביצוע הבדיקה

Chemiluminesce/Immunoassay

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[אנדוקרינולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בנין מטבוליזם אנדוקרינולוגיה וסוכרתקומה 4

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302801

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

יש לצרף התחייבות כספית. עבור ביצוע הבדיקה למאושפזים, נדרשת הוראת אנדוקרינולוג . הסדר תשלום ודיגום במרפאה פנימית א'

המעבדה הקולטת את הדגימה

אנדוקרינולוגיה והמעבדה המרכזית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

--

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

נטילת דגימת הדם תעשה לאחר צום של לפחות 10 שעות. יש להפסיק נטילת תוספי מזון שלושה ימים טרםביצוע הבדיקה.

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

גורמים מחוץ לבית החולים: לשלוח בקרור. דגימות שאינן נשלחות ביום הלקיחה יש להפריד את הסרום ולשמור בהקפאה עד למשלוח.

תנאי שינוע

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

--

קריאת תוצאות

מידע כללי

המעבדה אינה מספקת אינטרפטציה קלינית לתוצאות הבדיקה. לקבלת חוות דעת רפואית יש לפנות לגורם רפואי מוסמך.

יחידת מידה

pg/ml

תחום ערכים תקינים

ילדים: ערכי יחוס משתנים לפי גיל. ניתן לברר במעבדה נשים: לפני מנאופזה: 121-747 אחרי מנאופזה: 189-1003 גברים: ניתן לברר במעבדה

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

NEQAS, RCPA-Chemical Pathology

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 12 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות