

אבחון מוטציות ידועות בגן DYPD

תיאור הבדיקה

קוד CPT

J3001/L8395

שם הבדיקה

אבחון מוטציות ידועות בגן DYPD

שמות נוספים לבדיקה

אבחון מוטציות ידועות בגן המקודד לאנזים דיהידרופירימידין דהידרוגינז

לאבחנה/טיפול

קביעת מידת הסיכון בטיפול באמצעות התרופה פלואורואציל-FU5

שיטת ביצוע הבדיקה

Real time PCR

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[גנטית](#)

מיקום המעבדה

מכון גנטי, בנין נשים יולדות

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5303060

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

מכון גנטי

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

ימים א-ה, פרטים במשרד ובאתר המכון הגנטי

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

3 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה עם EDTA

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

קרור

תנאי שינוע

טמפ' החדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

שבוע

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

נוכחות מוטציה

תחום ערכים תקינים

ללא המוטציה אותה מחפשים

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189:2022

שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

שבוע

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות

הערות

הערות

הפרש Ct delta בין האללים