

אבחון מולקולרי למחלת Vexas

תיאור הבדיקה

קוד CPT

J3001

שם הבדיקה

אבחון מולקולרי למחלת Vexas

שמות נוספים לבדיקה

בדיקת מוטציות בגן UBA1

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

ריצוף

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[גנטית, מעבדות חי](#)

מיקום המעבדה

מכון גנטי, בנין נשים יולדות

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5303060

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

מכון גנטי

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

שלב הריצוף מבוצע במעבדה חיצונית

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

ימים א-ה, פרטים במשרד ובאתר המכון הגנטי

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

3 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה עם EDTA

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

קרור

תנאי שינוע

טמפ' החדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

עד 3 ימים

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

נוכחות שינויים ברצף הנבדק

תחום ערכים תקינים

ללא נוכחות מוטציה פתוגנית

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ללא החלק של הריצוף-ISO15189:2022. מעבדות חי-הסמכה מכון התקנים הישראלי ומשרד הבריאות-GMP.הדגימות לריצוף נשלחות יחד עם דגימות ביקורת.

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות -לא כולל מעבדות חי

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

חודש

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות

הערות

הערות

ביואינפורטיקה על פי הוראת עבודה