

C1 esterase inhibitor

תיאור הבדיקה

קוד CPT

83010

שם הבדיקה

C1 esterase inhibitor

שמות נוספים לבדיקה

מעכב אסטרו C1

לאבחנה/טיפול

פגיעה במרכיב מערכת המשלים

שיטת ביצוע הבדיקה

נפלומטריה

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[המטולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע, חדר 106

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302117

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

3 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה כימית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

חייב להגיע למעבדה ביום הלקיחה

תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

24 שעות

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

mg%

תחום ערכים תקינים

19-34

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

אין

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

2 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות