

FISH tests for Ph-like panel

תיאור הבדיקה

קוד CPT

L4991X4

שם הבדיקה

FISH tests for Ph-like panel

שמות נוספים לבדיקה

ניתן לבדוק הפרעות כרומוזומליות ABL1 (9q34) ABL2.rear (1q25) CSF1R.rear (5q32) rear.PDGFRB (5q32) rear.CRLF2(Xp22/Yp11) P2RY8(Xp22/Yp11) JAK2 (9p24) EPOR(19p13.2) 9p21 deletion

לאבחנה/טיפול

B cell Acute Lymphoblastic Leukemia (B-ALL)

שיטת ביצוע הבדיקה

FISH

מגבלות השיטה

הערות

הערות

במידה ונפח הדגימה קטן מהנדרש, המעבדה תקבל את הדגימה, אך לא מתחייבת לביצוע המלא של הבדיקה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[המטולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע, חדר 105

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302398

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

המטולוגיה חדר 105

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם, מח עצם, גידולים

נפח דגימה

3-5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה EDTA

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

להעביר למעבדה ביום הלקיחה

תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

24 שעות

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

תחום ערכים תקינים

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

CAP-ACMG CYF

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189:2022

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

חודש

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

בתאום עם המעבדה