

Immunofixation

תיאור הבדיקה

קוד CPT

86320

שם הבדיקה

Immunofixation

שמות נוספים לבדיקה

אימונופיקסציה

לאבחנה/טיפול

מיאלומה נפוצה, Plasma, Myeloma Multiple, Myeloma Smoldering, neoplasia cell Plasman
Cell cancer

שיטת ביצוע הבדיקה

אימונופיקסציה

מגבלות השיטה

הערות

הערות

הבדיקה מבוצעת במכשיר הידרסיס

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[המטולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע, חדר 106

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302117

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

3 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה כימית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

להעביר למעבדה ביום הלקיחה

תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

24 שעות

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

mg%

תחום ערכים תקינים

שלילי

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

The binding site IMMPROVE SERUM PARAPROTEINS

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

שבועיים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות