

Cobalt

תיאור הבדיקה

קוד CPT

803063

שם הבדיקה

Cobalt

שמות נוספים לבדיקה

קובלט

לאבחנה/טיפול

חשיפה לקובלט

שיטת ביצוע הבדיקה

ספקטרוסקופיה של בליעה אטומית

מגבלות השיטה

לא - כ התוצאה בטופס ידווח הגילוי לסף או (LOQ) הכימות לסף מתחת ממצא כל * $5 \mu\text{g/l}$ LOQ: *
נמצא" או "שלילי"

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[טוקסיקולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302358/5

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

טוקסיקולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין

סוג הדגימה

שתן

נפח דגימה

10 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

כוסית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

סוף שבוע עבודה

תנאי שינוע

קרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לא רלוונטי

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

µg/l

תחום ערכים תקינים

15: (בעבודה בטיחות תקנות) BEI

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין

הסמכה/התעדה

ISO15189:2022

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

25 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות