

Copper

תיאור הבדיקה

CPT קוד

82525

שם הבדיקה

Copper

שמות נוספים לבדיקה

נחושת

לאבחנה/טיפול

חשיפה לנחושת

שיטת ביצוע הבדיקה

ספקטרוסקופיה של בליעה אטומית

מגבלות השיטה

- כ התוצאה בטופס ידווח הגילוי לסף או (LOQ) הכימות לסף מתחת ממצא כל * $10\mu\text{g/dl}$ LOQ: *
"לא נמצא" או "שלילי"

פרטי מעבדה מבצעת



מעבדה מבצעת

[טוקסיקולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302358/5

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

טוקסיקולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה כימית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לא קריטי

תנאי שינוע

קרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לא רלוונטי

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

µg/dl

תחום ערכים תקינים

50-150

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

Intralaboratory Comparison Program for Metals in Biological Matrices (PCI) - Quebec

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין

הסמכה/התעדה

ISO15189:2022

שם הגוף המסמיר/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

25 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות