

Lead

תיאור הבדיקה

CPT קוד

83655

שם הבדיקה

Lead

שמות נוספים לבדיקה

עופרת

לאבחנה/טיפול

חשיפה לעופרת

שיטת ביצוע הבדיקה

ספקטרוסקופיה של בליעה אטומית

מגבלות השיטה

- כ התוצאה בטופס ידווח הגילוי לסף או (LOQ) הכימות לסף מתחת ממצא כל * $2\mu\text{g/dl}$ LOQ: *
"לא נמצא" או "שלילי"

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[טוקסיקולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302358/5

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

טוקסיקולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנת EDTA או הפרין

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לא קריטי

תנאי שינוע

קרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לא רלוונטי

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

$\mu\text{g/dl}$

תחום ערכים תקינים

BEI(ACGIH): $30 \mu\text{g/dl}$

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

Intralaboratory Comparison Program for Metals in Biological Matrices (PCI) - Quebec

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189:2022

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

25 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות