

Methanol

תיאור הבדיקה

קוד CPT

84600

שם הבדיקה

Methanol

שמות נוספים לבדיקה

מתנול

לאבחנה/טיפול

חשיפה/הרעלה למתנול

שיטת ביצוע הבדיקה

כרומטוגרפיה - GC

מגבלות השיטה

בתיאום טלפוני עם המעבדה * LOQ: 12.5 mg/dL * כל ממצא מתחת לסף הכימות (LOQ) או לסף הגילוי ידווח בטופס התוצאה כ - "לא נמצא" או "שלילי"

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[טוקסיקולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302358/5

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

טוקסיקולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

3 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנת EDTA או הפרין

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

ע"פ הנחיות הרופא המטפל

תנאי שינוע

קרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לא רלוונטי

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

mg%

תחום ערכים תקינים

ריכוז רעיל: מעל 25

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

Cap/AACC Whole blood alcohol/volatiles

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

בתיאום טלפוני עם המעבדה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

בתאום עם המעבדה