

Phenyl Glioxylic Acid - PGA

תיאור הבדיקה

קוד CPT

803048

שם הבדיקה

Phenyl Glioxylic Acid - PGA

שמות נוספים לבדיקה

חומצה פניל גליאוקסילית - PGA

לאבחנה/טיפול

חשיפה לסטירן

שיטת ביצוע הבדיקה

HPLC - כרומטוגרפיה

מגבלות השיטה

- כ התוצאה בטופס ידווח הגילוי לסף או (LOQ) הכימות לסף מתחת ממצא כל *
* LOQ: 30 mg/l
"לא נמצא" או "שלילי"

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[טוקסיקולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302358/5

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

טוקסיקולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין

סוג הדגימה

שתן

נפח דגימה

10 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

כוסית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

בתום משמרת העבודה בסטירן

תנאי שינוע

קרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לא רלוונטי

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

mg/gr creat.

תחום ערכים תקינים

400>BEI(ACGIH): MA+PGA

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

G-EQUAS - Institute for Occupational Medicine' The Friedrich-Alexander University
Erlangen-Nuremberg Germany

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189:2022

שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

10 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות