

Tricyclic antidepressants

תיאור הבדיקה

קוד CPT

80101

שם הבדיקה

Tricyclic antidepressants

שמות נוספים לבדיקה

תרופות נוגדות דיכאון טריציקליות

לאבחנה/טיפול

ניטור רמת תרופה

שיטת ביצוע הבדיקה

אימונוכימיה

מגבלות השיטה

בדיקה איכותית בסף כימות של 100 נ"ג/מ"ל. בדיקה איכותית לסך כל האנטידפרסנטים הטר-ציקליים (שימוש בקרבמזפין ו/או בתרופות אנטי פסיכטיות עלול לשבש את ממצאי הבדיקה) * כל ממצא מתחת לסף הכימות (LOQ) או לסף הגילוי ידווח בטופס התוצאה כ - "לא נמצא" או "שלילי"

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[טוקסיקולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302358/5

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

טוקסיקולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין

סוג הדגימה

שתן

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

כוסית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

סמוך לזמן החשיפה

תנאי שינוע

קרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לא רלוונטי

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

ng/ml

תחום ערכים תקינים

לא ישום

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

יום עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

בתאום עם המעבדה