

מטוש בחשד ל-Bacterial vaginosis

תיאור הבדיקה

קוד CPT

87205

שם הבדיקה

מטוש בחשד ל-Bacterial vaginosis

שמות נוספים לבדיקה

BVVagina

לאבחנה/טיפול

חשד לוגיניטיס

שיטת ביצוע הבדיקה

צביעת גרם במכשיר Aerospray

מגבלות השיטה

מבוצע משטח בלבד עם תשובת SCORE NUGENT

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית](#)

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

שימוש ב-speculum ללא חומר סיכוך

סוג הדגימה

מטוש מלדן

נפח דגימה

לא רלוונטי

כלי קיבול לדגימה

מטוש העברה(עם אגר, פקק כחול)

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדרלקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

תנאי שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדרלקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לקוחות פנים: מהר ככל האפשרלקוחות חוץ: ביום הדיגום

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

תחום הערכים - לא ישים.

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

יש

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

הסמכה/התעדה

ISO15189:2022

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

3 ימים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא