

Measles IgG

תיאור הבדיקה

CPT קוד

86790

שם הבדיקה

Measles IgG

שמות נוספים לבדיקה

הדבקה בעבר/ סטטוס חיסוני ל Measles

לאבחנה/טיפול

חצבת IgG

שיטת ביצוע הבדיקה

ELISA

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה מרכזית לנגיפים מרכז ארצי לאדמת, חצבת, חזרת ונגיפי פוליומה טל' 2459](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302459

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה מרכזית לנגיפים/חדר קבלת דגימות/טל' 2388

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

לברור מצב חיסוני

סוג הדגימה

נסיוב

נפח דגימה

לפחות 0.5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

במבחנה סטרילית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

בקירור 4-8°C

תנאי שינוע

בקירור 4-8°C

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

עד 3 ימים

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

לא רלוונטי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

RCPAQAP Serology: P1 and P3

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO-9001:2015

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מכון התקנים הישראלי

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 10 ימים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

בימי שישי נקלטות דגימות במעבדה בשעות 8.00-13.00