HSV-1 Drug Resistance

תיאור הבדיקה

קוד CPT

L6689

שם הבדיקה

HSV-1 Drug Resistance

שמות נוספים לבדיקה

עמידות לתרופות כנגד HSV-1

לאבחנה/טיפול

עמידות לתרופות כנגד HSV-1

שיטת ביצוע הבדיקה

Sequencing

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

מעבדה מרכזית לנגיפיהמרכז הארצי לנגיפי הרפסטל' 2461

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302461

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה מרכזית לנגיפיחדר קבלת דגימותטל' 2388

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

בתיאום טלפוני בלבד 03-530-2461

סוג הדגימה

נוזל או משטח מהעין

נפח דגימה

במזרק - לפחות 0.5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מזרק ללא מחט או מצע נוזלי מסחרי למשטחים ויראליים (Medium Transport)

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

בקירור 4-8°C

תנאי שינוע

בקירור 4-8°C

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

24 שעות

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

לא רלוונטי

בקרות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

QCMD HSV Drug Resistance EQA Programm

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO-9001:2015

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מכון התקנים הישראלי

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 30 יום

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

בתאום עם המעבדה