

Anti-Musk (CBA titration)

תיאור הבדיקה

קוד CPT

88347

שם הבדיקה

Anti-Musk (CBA titration)

שמות נוספים לבדיקה

Anti-Musk titration

לאבחנה/טיפול

מעקב

שיטת ביצוע הבדיקה

Cell Based Assay

מגבלות השיטה

אין להסתמך על תוצאת הבדיקה בלבד לצורך אבחון. על הרופא המטפל לאבחן עפ"י הסמנים הקלינים בשילוב עם התוצאות הסרולוגיות.

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[בירואימונולוגיה](#)

מיקום המעבדה

שיקום חדש מרכז לטרשת נפוצה

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5305785

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

ניתן להזמין בדיקה זו בתנאי שהתקבלה תשובה חיובית לנוגדנים ל-Musk בבדיקה קודמת. הבדיקה הינה בסל ומבוצעת אמבולטורית תמורת התחייבות כספית או תשלום. לצורך השלמת הבדיקה יש ליצור קשר עם עם מזכירות המרכז לטרשת נפוצה בטל' 03-5303811/3911 הבדיקה מבוצעת גם במסגרת אשפוז.

המעבדה הקולטת את הדגימה

טרשת נפוצה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם לסרום ופלזמה

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה כימית או ספירה

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

18-24°C

תנאי שינוע

18-24°C

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

שעות

קריאת תוצאות

מידע כללי

קריאת תוצאות : הדגימה נבדקת במיהולים 1:1000, 1:100, 1:10 המיהול האחרון עם תגובה חיובית נחשב טיטר.

יחידת מידה

Titer

תחום ערכים תקינים

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

IFQ-Lubeck

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO9001:2017

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מכון התקנים הישראלי

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

20 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות

הערות

הערות

פנה למעבדה לקבלת ההסברים

