

Bilirubin, direct

תיאור הבדיקה

קוד CPT

82248

שם הבדיקה

Bilirubin, direct

שמות נוספים לבדיקה

בילירובין, ישיר

לאבחנה/טיפול

המוליזה גורמת לירידה ניכרת הערך הנמדד

שיטת ביצוע הבדיקה

Colorimetric DPD(AU5800)

מגבלות השיטה

המוליזה מורידה את ערך הנמדד

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לאחר הלקיחה יש להימנע מחשיפת הדגימה לאור. אם לא נשלח באותו יום הלקיחה חייב הפרדה מוחלטת של הסרום מהתאים

תנאי שינוע

מחוץ לשיבא לשלוח בקרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

3 ימים בטמפרטורה החדר מוגן מאור. ללא הגנה מהאור עד 3 שעות.

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

mg/dl

תחום ערכים תקינים

0.0 - 0.3 ז/נ:

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

EQAS- Clinical Chemistry (Monthly) Program

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 90 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7