

CBC (complete blood count)

תיאור הבדיקה

קוד CPT

85025

שם הבדיקה

CBC (complete blood count)

שמות נוספים לבדיקה

ספירת דם מלא

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

Hematology Analyzer DxH900

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

בוקר: (חול 7:30-15:30) 03-530-8162 משמרת: 03-530-2747,2100

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

סוג הדגימה

דם מלא

נפח דגימה

3 מ"ל במבחנת Vacutainer מבוגרים 0.5 מ"ל במבחנה פדיאטרית

כלי קיבול לדגימה

מבחנת EDTA פקק סגול

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לערבב היטב בהיפוך איטי, ללא הקצפה (5 פעמים) מיד לאחר לקיחה.

תנאי שינוע

טמפרטורת החדר, מחוץ לשיבא לשלוח בקרור (אסור להקפיא)

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

8 שעות בטמפרטורה החדר

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

שונות למדידים השונים, מופיע בדוח התוצאות

תחום ערכים תקינים

פרוט לכל מרכיבי הפרופול בהתאם לגיל ומין מופיע בדוח התוצאות

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

NEQAS Full blood count NEQAS automated differential leucocyte count

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 40 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7