

coagulation factor XI inhibitor screen

תיאור הבדיקה

CPT קוד

700934

שם הבדיקה

coagulation factor XI inhibitor screen

שמות נוספים לבדיקה

בדיקת מעכב פקטור קרישה XI

לאבחנה/טיפול

תפקודי קרישה

שיטת ביצוע הבדיקה

ACLTOPClot detection photometry

מגבלות השיטה

המוליזה וליפמיה חזקה משפיעות על תוצאת הבדיקה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

על-אוטומטית

מיקום המעבדה

על-אוטומטית

טלפון למידע, בירורים ותיאום

בימי חול משעה 08:00 עד 14:00: 03-530-3671

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

חייב אישור של רופא מומחה קרישה. הפעלת כונן מעבר לשעות העבודה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

פלסמה (Citrates Na)

נפח דגימה

עד הקו המסומן על המבחנה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת Citrate Na פקק תכלת

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

להקפיד על יחס נוגד קרישה-דם (לפי הקו המסומן). לערבב היטב בהיפוך איטי (5 פעמים), ללא הקצפה. לאחר הלקיחה יש לשלוח למעבדה תוך 3 שעות בטמפרטורת החדר.

תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

בטמפרטורה החדר תוך 4 שעותפלסמה מוקפא בטמפרטורה -80°C עד שישה חודשים

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

units

תחום ערכים תקינים

ז/נ: קטן מ-0.5

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

אין

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד שבועיים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

בימי חול בין השעות 07:00 עד 15:00