

פאנל NGS - Sequencing Generation Next מחומר ביולוגי המשוקע בפארפין

תיאור הבדיקה

קוד CPT

הסרטי הגידול לסוג בהתאם המפנה מהרופא התוויה פ"ע L8389, L83890

שם הבדיקה

פאנל NGS - Sequencing Generation Next

שמות נוספים לבדיקה

ריצוף עמוק, Sequencing Generation Next - Panel NGS

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

Next Generation Sequencing

מגבלות השיטה

הערות

הערות

הבדיקה מוכרת ע"י אגף המעבדות של משרד הבריאות

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[פתולוגיה / שירות איבחון מולקולרי](#)

מיקום המעבדה

בניין המעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302354

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

פתולוגיה/שירות איבחון מולקולרי

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

קפוא בחומר גם להשתמש ניתן, (בלוקים) FFPE - Formalin fixed paraffin embedded tissue
וטרי

נפח דגימה

מבלוק 5-15 חתכים של 5 מקרון במבחנה או על גבי סלייד

כלי קיבול לדגימה

בלוק פרפין

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

ביופסיה מקובעת בפורמלין

תנאי שינוע

שינוע ע"י מערך שליחים

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

אינו מוגבל

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

בדיקה איכותית

תחום ערכים תקינים

יש או אין שינויים גנטיים ברמת הדנ"א או הר"נא ושכיחותן

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

CAP

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין

הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

ימי עבודה 14

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות

